ナーセント®メディカルスワロー

取 扱 説 明 書

このたびは、ナーセントメディカルスワローをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この「取扱説明書」には、ナーセントメディカルスワローを正しく安全にお使いいただくための注意事項を記載しています。

- 正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずよくお読みください。
- 必要なときに読めるように大切に保管してください。
- 必ず専門家と相談の上、正しくご使用ください。
- 使用中に異常を感じたり、不安を感じた場合には使用を中止し、専門家にご相談ください。





機能と特長

- 臀部の圧力を大腿後面に分散し前滑りを防止します。
- スワロー未使用時に比べ、背上げ時に臀部にかかる圧力が有意に低くなります。

使用上の注意

使用時には 必ず外カバーを付けてご使用ください。

身体に無理のかかる体位でのご使用はお止めください。

呼吸を妨げないよう配慮して設置してください。



体位変換・良肢位保持・床ずれ防止以外の用途にはご使用にならないでください。

さまざまな大きさや形がありますので、体格や目的に合せて適切に選択してください。



火気や鋭利なものは近付けないでください。破損の原因となります。



保管する場合には紫外線による劣化を防ぐため、直射日光の当たる場所は避けてください。



洗浄や保管をする場合は、取扱説明書や品質表示タグの説明に従ってください。



衣類やシーツにしわが寄らないように設置してください。



アイ・ソネックス株式会社

使用手順

① ベッドの屈曲点に身体の位置を合わせます。

② ナーセントメディカルスワローを大腿の付け根まで奥に差し込みます。

③ 踵の圧迫を軽減するために下腿部を枕などで支えます。

④ 目的に合わせた背上げ角度にします。





上前腸骨棘から５㎝下が屈曲点



- 臀部の除圧は、背上 0～60°の範囲で有効です。
- 仰臥位で使用しても臀部の除圧効果が得られます。

背上げ前後は必ず背抜きして下さい。

使用場面



材質と特長



① パット
- 材　質：低反発性特殊ウレタンフォーム
- 特　長：①じんわりとやわらかく変形し、広い面積でしっかり体圧を分散します
  ②熱湯洗浄も可能な優れた耐久性

② カバー
- 材　質：ポリエステル、裏面ラミネート防水加工
- 脱　着：可（開閉部 / ファスナー）

仕　様

ナーセントメディカルスワロー

サイズ：500×250×100 ㎜
重　量：430g

手入れの方法

〈日常のお手入れ〉
- カバーは、ファスナーを開けて本体を取り出してから、ネットに入れて洗濯機（弱流）で洗濯し日陰に干してください。
- 本体は、カバーを外してから手で押し洗いし、重ね置きしないで日陰に干してください。

〈感染症への対応〉
- カバーは、本体を取り出してから、カバーの表裏をエタノールで清拭してください。
- 本体は、100℃の熱湯洗浄やオゾン消毒が可能です。

使用上の注意

床ずれがある方や発生リスクが高い方の場合は必ず専門家にご相談の上ご使用ください。
できれば床ずれ予防マットレスとの併用をお奨めします。

アイ・ソネックス株式会社

本　　社 / 〒702-8004 岡山県岡山市中区江並 100-7　TEL：086-200-1550　FAX：086-200-1553
関西営業所 / 〒651-1332 兵庫県神戸市北区唐櫃台 2-9-5　TEL：078-385-4346
東京営業所 / 〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町 2 丁目 23-53　TEL：03-3925-8251
中部営業所 / 〒930-0304 富山県中新川郡上市町森尻 477　TEL：076-472-0932
ホームページ　http://www.nasent.net/

品質向上のため、お断りなく仕様を変更することがありますのでご了承ください。